

新型コロナウイルスワクチン廃棄事案の発生について

新型コロナウイルスワクチンを廃棄しなければならない事案が発生しましたのでご報告します。健康福祉センターに設置しているワクチン保管用冷蔵庫の庫内温度が規定の温度帯を超えたもので、原因は調査中です。

なお、8月5日（木）の集団接種については、別に冷凍保存されていたワクチンで対応したため、集団接種への影響はありません。

1. 事案の発覚日 令和3年8月5日(木)

2. 廃棄対象 67バイアル（402回分）

3. 経過

令和3年8月3日(火) 15時15分

8月4日（水）と8月5日（木）の集団接種で使用するワクチンを解凍するため、冷凍庫から冷蔵庫にワクチンを移動する。

令和3年8月4日(水)

庫内温度の異常は確認されず通常どおり接種を実施した。（庫内温度は4℃）

令和3年8月5日(木) 12時20分

集団接種に使用するワクチンを冷蔵庫から取り出そうとした際、庫内温度計が規定の温度帯を超え15℃を示していることを確認する。庫内温度計の履歴を確認したところ、前日（8月4日(水)）の18時以降について、庫内温度計が15℃であることを確認する。

4. 事案発生の原因

庫内温度が上昇した原因は調査中。

5. ワクチンの管理方法

- ・ファイザー社製のワクチンを冷蔵庫で解凍する場合は、2～8℃で管理することとなっています。
- ・冷蔵庫内温度計を設置し、温度を常に記録するとともに、保管室内の温度上昇を防ぐため、ワクチン保管室の空調設備を24時間稼働させています。
- ・ワクチン保管室は施錠管理しており、ワクチン担当者以外の入室はありません。
- ・当該冷蔵庫は、ワクチン保管用として新規購入したものです。

6. 今後の再発防止策

集団接種の前日に冷凍庫から冷蔵庫へワクチン移動・解凍する方法を改め、接種当日に冷凍庫から取り出し、室温で解凍する方法とします。

以上

《メディアの方へ》

- 取材をお願いします。
 事前告知をお願いします。
 情報提供をします。

《発表種別》

- 記者会見発表資料
 記者会見情報提供資料
 随時

《問い合わせ先》

所属名 健康増進課
連絡先 053-576-1114
担当者 袴田、村越

