

医療機器用リチウムイオン蓄電装置 LEMURIA 仕様書

1. 購入物品

医療機器用リチウムイオン蓄電装置 LEMURIA ME250

2. 購入数量

2台

3. 製品規格

- ・ 認証機関による医用電気機器安全規格 JIS T0601-1 の試験に合格していること
- ・ メーカーが医療機器への接続を認めていること
- ・ 可搬式であり、移動のための頑丈な取っ手があること
- ・ 蓄電容量が 250Wh 以上であること
- ・ 重量 10kg 以下であること
- ・ 定格出力は 200VA 以上であること
- ・ 出力は常時インバータ方式であること
- ・ 過充電防止の対策がなされていること
- ・ 外気吸入のための開口部がないこと
- ・ 蓄電システムメーカーとして 10 年以上の販売実績があること
- ・ 保証期間が 5 年以上であり、オプションとして通算 8 年、10 年の延長が可能であること
- ・ 福祉用具情報システム TAIS に登録があること

4. 納入期限

令和 8 年 10 月 30 日（金）

5. 納入場所

湖西市健康福祉センター おぼと 1 階 風除室【湖西市古見 1044 番地】

6. 納入について

- (1) 費用は見積もり額に含めること。
- (2) 納品時は納入業者が十分な人員を確保し、安全に行うこと。

7. その他

本仕様書に定めのない事項については、地域福祉課と協議のうえ指示を得ること。